

„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.
ul. Lutycka 34/budynek A, 60-415 Poznań
tel.: +48 61 415 27 03, 61 855 35 10
e-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl

SzW/11/2021

Poznań, 21 września 2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SZW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: **„Wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny”** – znak sprawy SzW/11/2021.

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lutyckiej 34, działając jako Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SZW”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee1 (Załącznik Nr 1H do SZW podpunkt 1) zamawiający określa rozmiar ścinka na 4,x40mm co przy podaniu dalej w wymogach normy tajności (P-4) nie ma znaczenia ponieważ norma DIN 66399 określa maksymalną powierzchnię ścinka dla każdego materiału niszczonego - a nie pojedyncze wymiary. Każdy producent stosuje inny mechanizm tnący, który warunkuje rozmiar i powierzchnię ścinka. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyn spełniające wymagania normy DIN 66399 zgodnie z parametrami: P-4 / T-4 / E-3 / O-3 / F-1 bez względu na rozmiar ścinka dla dopuszczenia innych niszczarek i zwiększenia konkurencyjności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee1 (Załącznik Nr 1H do SZW podpunkt 2) zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki posiadającej elektronicznie kontrolowaną pokrywę zapobiegającą wciągnięciu przez mechanizm tnący niepożądanych obiektów - ten parametr spełnia tylko jeden producent Krug + Priester GmbH & Co. KG producent niszczarek Ideal oraz Eba wyłączny dystrybutor na Polski rynku firma Opus Sp. z o.o. co ogranicza możliwość zaoferowania niszczarki z podobnym rozwiązaniem oraz ogranicza konkurencyjność. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania niszczarki z mechaniczną kłapką bezpieczeństwa spełniającą takie samo zadanie jak wskazane w wymaganiach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee1 (Załącznik Nr 1H do SZW podpunkt 2) zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki, która posiada szafę wraz z drzwiczkami wykonaną w całości z wysokiej trwałości płyty meblowej. W tej klasie urządzeń tylko 2 producentów (Krug + Priester GmbH & Co. KG producent niszczarek Ideal oraz Eba wyłączny dystrybutor na Polski rynku firma Opus Sp. z o.o. oraz ELCOMAN SRL producent niszczarek Kobra wyłączny dystrybutor firma Argo SA) spełnia ten parametr, co ogranicza możliwość zaoferowania niszczarki z podobnym rozwiązaniem oraz ogranicza konkurencyjność. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zaoferowanie niszczarki z plastikowym wyjmowanym pojemnikiem na ścinki?

Odpowiedź: Tak, jak w Arkuszu parametrów Zamawiający koszt wysuwany z szafki, koszt na ścinki wielorazowego użytku wykonany z materiału ekologicznego, nie wymaga używania worków na ścinki.

Pytanie nr 4: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee1 (Załącznik Nr 1H do SZW podpunkt 2) zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki, która charakteryzuje się zerowym poborem prądu w trybie czuwania. Maszyny tych gabarytów, które są dostępne na rynku aby utrzymać się w trybie czuwania i zapewnić gotowość do pracy



„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

muszą generować chociażby minimalne zużycie prądu na poziomie 0,1W. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zaoferowanie niszczarki z maksymalnym poborem mocy w trybie czuwania na poziomie 0,1W?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W wymogach formalnych arkusza parametrów technicznych niszczarek Ee1 oraz Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ – podpunkt 5) zamawiający wymaga przeglądu technicznego wykonywanego raz w roku w całym okresie gwarancji. Żaden z producentów niszczarek na polskim rynku nie wymaga w karcie gwarancyjnej ani w instrukcji obsługi tego typu przeglądów. Czy w związku z tym zamawiający wycofa zapis o wymogu przeglądu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 1) zamawiający określa rozmiar ścinka na 3,5x40mm co przy podaniu dalej w wymogach normy tajności (P-4) nie ma znaczenia ponieważ norma DIN 66399 określa maksymalną powierzchnię ścinka dla każdego materiału niszczonego - a nie pojedyncze wymiary. Każdy producent stosuje inny mechanizm tnący, który warunkuje rozmiar i powierzchnię ścinka. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyn spełniające wymagania normy DIN 66399 zgodnie z parametrami : P-4 / T-4 / E-3 / F-1 bez względu na rozmiar ścinka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 1) zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki mogącej zniszczyć jednorazowo 12 kartek o gramaturze 80g. Ten i pozostałe parametry wskazują jednoznacznie, że preferowaną maszyną w tej pozycji jest Kobra +1 CC4 co ogranicza możliwość zaoferowania niszczarek innych producentów oraz ogranicza konkurencyjność. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza zaoferowanie niszczarki, która może zniszczyć jednorazowo 11 kartek 80g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 1) zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki o pojemności kosza 38L. Ten i pozostałe parametry wskazują jednoznacznie, że preferowaną maszyną w tej pozycji jest Kobra +1 CC4 co ogranicza możliwość zaoferowania niszczarek innych producentów oraz ogranicza konkurencyjność. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania niszczarki posiadającej kosz o pojemności 33L?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 2) zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki, która charakteryzuje się zerowym poborem prądu w trybie czuwania. Maszyny tych gabarytów, które są dostępne na rynku aby utrzymać się w trybie czuwania i zapewnić gotowość do pracy muszą generować chociażby minimalne zużycie prądu na poziomie 0,1W. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zaoferowanie niszczarki z maksymalnym poborem mocy w trybie czuwania na poziomie 0,1W?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 zamawiający nie określił zapisu dotyczącego technologii wykonania noży/walków tnących, którego brak powoduje, iż w chwili obecnej można zaoferować niszczarki posiadające walki tnące wieloelementowe oraz jednoelementowe (monolityczne). Niszczarki tańsze posiadające walki wieloelementowe, produkowane są na dalekim wschodzie, cena transakcyjna takich urządzeń waha się od 300 do 500zł./netto, dodatkowo po okresie gwarancji części zamienne nie muszą być dostępne, natomiast jednoelementowy (monolityczny) wałek tnący w całości wykonany jest z jednego elementu, trzpień i noże tnące to jedna całość. Ta technologia powoduje iż urządzenia niszczące są niezwykle trwałe i odporne na uszkodzenia oraz charakteryzuje je wykonanie w najwyższej jakości, ta technologia jest wykorzystywana przez renomowanych

producentów na rynku tj. KOBRA, IDEAL, EBA, HSM. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane niszczarki posiadały waliki tnące wykonane z jednego elementu stali (monolityczne)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 2) zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki z maksymalną głośnością 57 dB. Ten i pozostałe parametry wskazują jednoznacznie, że preferowaną maszyną w tej pozycji jest Kobra +1 CC4 co ogranicza możliwość zaoferowania niszczarek innych producentów oraz ogranicza konkurencyjność. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zaoferowanie niszczarki z maksymalną głośnością pracy nie przekraczającą 57 dB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12: Dotyczy zamówienie częściowego nr 4: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie chłodnicze farmaceutyczne: 03. Ef13 – Lodówka- zamrażarka – 2 SZT.

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o wymiarach 670x640x2040mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z pojedynczym panelem dotykowym, ale podzielonym na dwie części, zapewniającym jednoczesne wyświetlanie parametrów pracy obu komór i niezależne sterowanie tymi komorami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 13: Dotyczy zamówienie częściowego nr 4: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie chłodnicze farmaceutyczne: 04. Ef30 – szafa chłodnicza 1 - drzwiowa – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach 460x640x2040mm (SzxGxW) i pojemności 250l netto/280l brutto spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14: Dotyczy zamówienie częściowego nr 4: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie chłodnicze farmaceutyczne: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 SZT. Typ 1: Witryna chłodnicza laboratoryjna o wym. 600x600x1950mm +/- 20mm – 1szt 1. Czy Zamawiający dopuści witrynę o wymiarach 460x640x2040mm (SzxGxW) i pojemności 250l netto/280l brutto spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15: Dotyczy zamówienie częściowego nr 4: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie chłodnicze farmaceutyczne: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 SZT. Typ 2: Witryna chłodnicza z zamrażarką laboratoryjna o wym. ok. 600x600x1950mm +/- 20mm – 1szt - (dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie):

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o wymiarach 670x640x2040mm (SzxGxW)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z pojedynczym panelem dotykowym, ale podzielonym na dwie części, zapewniającym jednoczesne wyświetlanie parametrów pracy obu komór i niezależne sterowanie tymi komorami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16: Dotyczy zamówienie częściowego nr 2: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 06.Fa11: Podany produkt referencyjny jest przystosowany do worków o poj. 70-120 l. Mocowane worki muszą mieć szerokość (mierzoną na płasko) przynajmniej 575 mm. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17: Dotyczy zamówienie częściowego nr 2: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 9.Typ 6 Fa9.1: Produkt referencyjny (WSLK 330AC) wykonany z aluminium nie jest już dostępny. Czy Zamawiający zaakceptuje model wykonany ze stali nie rdzewnej, również z kolorowymi frontami, jak w opisie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



„Szpital Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18: Dotyczy zamówienie częściowego nr 2: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 17. G016b: Produkt referencyjny nie zawiera szuflady. Czy należy zaoferować model z szufladą (jak w opisie), przy czym wys. wózka wyniesie w tym wypadku 1280 mm? Czy pojemnik na odpady do tego wózka ma być o poj. 9 czy 14 litrów? Czy ma być wyposażony w pokrywę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza model z dwiema półkami bez szuflady. Pojemnik na odpady o pojemności 14l wyposażony w pokrywę.

Pytanie nr 19: Dotyczy zamówienie częściowego nr 2: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: Pytania do terminów dostaw (zad. 2): Realizacja w terminie do 4 tygodni od wezwania Zamawiającego jest możliwa jedynie w części asortymentu w zad. 2. Pozostałe możliwe terminy realizacji przedstawiają się następująco:

08.Fa15, 16. G016a

8-9 tygodni., dostawy częściowe są możliwe.

4.Typ 4.1: Fa8 zbieracze surowców wtórnych typu WSLK

10. Typ 7a Fa13 jw.

5. Typ 4.2 Fa8 jw.

6.Typ 4.3 Fa8 jw.

9. Typ 6 Fa9.1 jw.

10-11 tygodni

18.G017a wózki typu RGAE

12-13 tyg.

21.G022

22.G026 Typ 1-2

Wózki typu RGEE

18-20 tyg.

Terminy wynikają z tego, że asortyment nie jest dostępny z magazynu w pożądanej ilości lub jest produkowany na indywidualne zamówienie. W chwili obecnej, w związku z pandemią i brakiem surowców na rynku, terminy realizacji ulegają wydłużeniu. Prosimy o zaakceptowanie powyższych możliwych terminów realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie medyczne: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 wagę ze wzrostomierzem bez funkcji PRINT? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający wyłączy poz. 05 NAMIOT INHALACYJNY DZIECIĘCY Z NEBULIZATOREM do osobnego pakietu? Opisany namiot z nebulizatorem nie jest już dostępny w sprzedaży. Producent nie produkuje już tego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 05 inhalator dla dzieci o poniższych parametrach bez namiotu:



„Szpital Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

Zasilanie AC 230 V 50 Hz
Moc 60 W
Zużycie mocy 180 VA
Pojemność zbiornika na lek 10 ml
Rozmiar cząsteczki 0,5 - 10 μ m
MMAD 3 μ m
Poziom hałasu około 55 dB
Średnia szybkość inhalacji 0,3 ml/min
Zakres przepływu powietrza 4 - 7 l/min
Zakres ciśnienia kompresora 200-360 kPa / 2-3,6 bar (29-52 PSI)
Zakres ciśnienia operacyjnego 89-131 kPa / 0,9-1,31 bar (13-19 PSI)
Wymiary 185 x 120 x 232 mm
Waga 1,4 / 1,7 kg
Wyposażenie standardowe
nebulizator (pojemnik do rozpraszania leku), przewód powietrza, ustnik, filtry (5 szt.) maseczka dla dzieci, maseczka dla dorosłych, smoczek do inhalacji niemowląt.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 08 lustro logopedyczne o wymiarach min. 120cm x 60 cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 wózek apteczny bez konieczności posiadania klasy czystości ISO-5, ale będący wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy, wyprodukowanym przez Producenta posiadającego certyfikat dla systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 13485 oraz PN-EN ISO 9001?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Poz. 11 - Prosimy o doprecyzowanie parametrów, wymiarów uchwytu na ssak, aby Wykonawca mógł oszacować koszty produkcji i wykonać uchwyt kompatybilny z urządzeniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uchwytu uniwersalnego i nie precyzuje jego wymiarów.

Pytanie nr 26: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 wagę elektroniczną laboratoryjną z liniowością +/- 2mg zamiast liniowości $\pm 0,2$ mg? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 20 łaźnię z wyświetlaczem LCD zamiast LED? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy w opisie poz. 19 maszyna uniwersalna do produkcji emulsji nie doszło do pomyłki w opisie parametrów? Czy maszyna ma spełniać parametr: emulgator ultradźwiękowy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 urządzenie bez parametru „emulgator ultradźwiękowy”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 i 4 cieplarki z możliwością rozbudowy o rejestrowanie temperatury i eksport danych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 wózek transportowy na endoskopy, gdzie cały wózek wraz z ramą wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS odpornego na mycie i dezynfekcję a tace/pokrywy z PET?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 wózek transportowy na endoskopy dopuści o wymiarach wózka 1028mm (wys.) x 641mm (szer.) x 563mm (gł.) oraz wymiarach tac transportowych 123mm x 508mm x 466mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 wózek transportowy na endoskopy z tacami do automatycznej dezynfekcji w max. temp. 80°C oraz przezroczystą pokrywę wykonaną z politereftalanu etylenu (PET), którą można czyścić w max. temp. 65°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający w poz. 12 wózek transportowy na endoskopy wymaga dostarczenia zestawu foli oraz ściennego podajnika do nich?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści wózek transportowy na endoskopy wraz z sterylnym zestaw trzech opakowań do tac: 1 w kolorze przezroczystym (do wyścielania tacy), 2 w kolorze zielonym (sygnalizuje czysty endoskop) oraz 3 w kolorze czerwonym (sygnalizuje brudny endoskop) x 300 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 wózek transportowy na blokadą na 4 kołach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy wypalarki oraz sprężarki technicznej medycznej do ośmiu tygodni od dnia wezwania przez Zamawiającego? Aktualna sytuacja na rynkach międzynarodowych, a zwłaszcza z brakami surowców oraz komponentów/części powoduje wydłużenie terminy dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 02.Fa3.1 Typ 2 – Pojemnik na odpadki niemedyce 40l – 58 szt.: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na odpadki o wymiarach: średnica 340 mm, wys. 630 mm? Parametry te w niewielkim stopniu odbiegają od wymaganych w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 39: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 03.Fa4 – Pojemnik na odpadki 18l – 158 szt.: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na odpadki o pojemności 20l?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 06.Fa11- kosz na bieliznę skażoną – 56 szt.: Podany produkt referencyjny jest przystosowany do worków o poj. 70-120 l. Mocowane worki muszą mieć szerokość (mierzoną na płasko) przynajmniej 575 mm. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 41: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 9.Fa16 Typ 4.4- 14 kpl.: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosze o wys. 550 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 42: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 9.Type 6 Fa9.1 – 1 szt.: Produkt referencyjny (WSLK 330AC) wykonany



„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

z aluminium nie jest już dostępny. Czy Zamawiający zaakceptuje model wykonany ze stali nierdzewnej, również z kolorowymi frontami, jak w opisie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 43: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 17. G016b – wózek do przewożenia czystej bielizny – 14 szt.: Produkt referencyjny nie zawiera szuflady. Czy należy zaoferować model z szufladą (jak w opisie), przy czym wys. wózka wyniesie w tym wypadku 1280 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza model z dwiema półkami bez szuflady.

Pytanie nr 44: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 17. G016b – wózek do przewożenia czystej bielizny – 14 szt.: Czy pojemnik na odpady do tego wózka ma być o poj. 9 czy 14 litrów? Czy ma być wyposażony w pokrywę?

Odpowiedź: Pojemnik na odpady o pojemności 14l wyposażony w pokrywę.

Pytanie nr 45: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie oddziałowe: Pytania do terminów dostaw (zad. 2): Realizacja w terminie do 4 tygodni od wezwania Zamawiającego jest możliwa jedynie w części asortymentu w zad. 2. Pozostałe możliwe terminy realizacji przedstawiają się następująco:

08.Fa15, 16. G016a

8-9 tygodni., dostawy częściowe są możliwe.

4.Typ 4.1: Fa8 zbieracze surowców wtórnych typu WSLK

10. Typ 7a Fa13 jw

5. Typ 4.2 Fa8 jw

6.Typ 4.3 Fa8 jw

9. Typ 6 Fa9.1 jw

10-11 tygodni

18.G017a wózki typu RGAE

12-13 tyg.

21.G022

22.G026 Typ 1-2

Wózki typu RGEE

18-20 tyg.

Terminy wynikają z tego, że asortyment nie jest dostępny z magazynu w požądanej ilości lub jest produkowany na indywidualne zamówienie. W chwili obecnej, w związku z pandemią i brakiem surowców na rynku, terminy realizacji ulegają wydłużeniu. Prosimy o zaakceptowanie powyższych możliwych terminów realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46: Dotyczy zamówienia częściowego 2: Czy zamawiający wydłuży termin realizacji dla zadania częściowego nr 2 do 8 tygodni od wezwania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47: Dotyczy SIWZ – Pkt 6. Termin wykonania zamówienia oraz Załącznika Nr 5 do SIWZ - § 4. Terminy realizacji Zadania (Zamówienie częściowe Nr 3): W związku z ograniczeniami w dostępności surowców, w tym stali aluminium i tworzyw sztucznych spowodowanymi pandemią Covid-19 terminy realizacji zamówień u producentów sprzętu i wyposażenia medycznego uległy znacznemu wydłużeniu. W związku z tym Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że będzie realizował dostawy częściowe w możliwie najkrótszym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

Pytanie nr 48: Dotyczy SIWZ – Pkt 7. Warunki udziału w postępowaniu. 4.b) Dla zamówienia częściowego nr 3.: Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów automatyzacji aptek szpitalnych, w tym w projektów unit dose oraz innych rozwiązań służących do automatyzacji procesów przygotowywania i obiegu leków w aptece. W związku z powyższym wnosimy aby Zamawiający uznał warunek 4.b) za spełniony w przypadku przedstawienia referencji należytego wykonania zamówienia na dostawę systemu do automatyzacji przygotowywania leków w aptece szpitalnej na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ jednocześnie wskazując, że w ramach wykonanego większego zamówienia możliwe jest wykonanie dostawy stanowiącej warunek udziału w postępowaniu, co będzie przedmiotem badania i oceny przez Zamawiającego.

Pytanie nr 49: Dotyczy Załącznika 1C do SIWZ, pkt. 43: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji technicznej opisującej możliwości integracji z ramką GSM Zamawiającego (SMS EAGLE), oraz o potwierdzenie, że ew. koszty powstałe po stronie dostawcy bramki GSM (SMS EAGLE), np. dodatkowe licencje, zostaną pokryte przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje link do instrukcji bramki GSM Zamawiającego (SMS EAGLE): https://www.smseagle.eu/docs/NXS-9700_users_manual-4.1.pdf. Ewentualne koszty powstałe po stronie dostawcy bramki GSM (SMS EAGLE), np. dodatkowe licencje, nie będą obciążać Wykonawcy.

Pytanie nr 50: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zamówienia częściowego numer 5, punkt: 01. E017 – WAGA ELEKTRONICZNA ZE WZROSTOMIERZEM – 36 SZT.: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji PRINT?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zamówienia częściowego numer 5, punkt: 02. Eb7 – WYPALARKA–1 SZT.: Czy Zamawiający zamiast urządzenia wyposażonego w Przyłącze Interfejs Gigabit Ethernet zaakceptuje urządzenie wyposażone w Przyłącze interfejs USB?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem interfejsu USB w wersji 3.0.

Pytanie nr 52: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zamówienia częściowego numer 5, punkt: 15. Ib1 – UNIWERSALNY PRZYZRĄD DO MYCIA I DEZYNFEKЦИИ PRZY UŻYCIU PIANY AKTYWNEJ Z DOZOWNIKIEM ŚRODKA MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCEGO – 1 SZT.: Czy Zamawiający jako urządzenie równoważne zaakceptuje przyrząd do mycia i dezynfekcji o następujących parametrach:

L.p.	Parametry urządzenia
1	System natrysku środków dezynfekcyjnych wytwarzający roztwór myjący i podaje go w miejsce mycia w postaci piany lub rozpylonej cieczy (spray)
2	System pozwala na użycie dowolnych środków chemicznych do mycia wstępnego zapewniając odpowiednią wilgotność brudnego instrumentarium.
3	Urządzenie wyposażone w wielofunkcyjny pistolet posiadający obrotową głowicę z wymiennymi dyszami o różnej średnicy
4	System natrysku zasilany strumieniem wody, technologia nie wymaga stosowania dodatkowej pompy. Funkcja dozowania detergentu realizowana za pomocą obrotowej głowicy pistoletu wyposażonej w dysze o różnej średnicy i rozmiarze
5	Urządzenie wyposażone w system precyzyjnej kontroli ilości dozowanej piany zrealizowany w sposób mechaniczny – rozwiązanie równoważne
6	System wyposażony w funkcję kontroli rozpylanego detergentu (piana/spray) posiada możliwość wtłoczenia sprężonego powietrza w celu osiągnięcia bardziej obfitej piany
7	Trwale, aplikatory piany, wyposażone w ergonomiczną rękkość
8	Urządzenie do montażu ściennego z możliwością zastosowania węży o różnej długości, dodatkowy system zawieszenia pistoletu

9	Wymiary (WxSxG): 38,6 x 25,9 x 11,6 cm
10	Wykonanie obudowy: tworzywo sztuczne
11	Przepływ uzależniony od ciśnienia oraz stężenia wody, kontrola manualna maksymalnie
12	Urządzenie mechaniczne nie wymaga zasilania
13	Waga urządzenia max. 7kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zamówienia częściowego numer 5, punkt: 15. **Ib1 – UNIWERSALNY PRZYRZĄD DO MYCIA I DEZYNFEKЦИИ PRZY UŻYCIU PIANY AKTYWNEJ Z DOZOWNIKIEM ŚRODKA MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCEGO – 1 SZT.:** Czy Zamawiający jako urządzenie równoważne zaakceptuje przyrząd do mycia i dezynfekcji o następujących parametrach:

Lp.	Parametry urządzenia
1	Możliwość mycia i dezynfekcji aktywną pianą wózków transportowych, pojemników transportowych, kontenerów, łóżek itp.
2	Zasilane wodą pod ciśnieniem, niewymagające zasilania elektrycznego
3	Możliwość podłączenia dwóch środków chemicznych jednocześnie
4	Funkcja wyboru preparatu lub płukanie czystą wodą
5	Funkcja dozowania detergentu z regulacją stężenia roztworu
6	Regulacja stężenia w zakresie: 1:10 - 1:500 (przy użyciu wymiennych dysz)
7	Wykonane z materiału odpornego na działanie korozji
8	Wielofunkcyjny (mycie pianą lub natryskiem) pistolet myjący z obrotową głowicą wraz z wężem o długości 15 m
9	Uchwyt do mocowania dwóch 5-litrowych pojemników z detergentem na ścianie
10	Wąż do przyłączenia zasilania wodą, dł. Minimalna 1,5 m

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zamówienia częściowego numer 5, punkt: 16. **O-08 – ZGRZEWARKA ELEKTRYCZNA DO RĘKAWÓW STERYLIZACYJNYCH – 1 SZT :** Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez Wbudowanego dystrybutora rękawów foliowo - papierowych z przyrządem do obcinania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 55: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zamówienia częściowego numer 5, punkt: 18. **O-13 – WAGA ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA – 7 SZT.:** Większa część istotnych parametrów technicznych wskazuje na wagę analityczną klasy I, czy w związku z tym zapisy z punktów:

7. Działka odczytowa 1mg,

8. Działka legalizacyjna 0,01g

11. Klasa dokładności II

Należy traktować jako omyłkę pisarską i parametry z tych punktów powinny posiadać następujące wartości?

7. Działka odczytowa 0,1mg

8. Działka legalizacyjna 0,001g

11. Klasa dokładności I

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zamówienia częściowego numer 5, punkt: 18. **O-13 – WAGA ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA – 7 SZT.:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 7,3kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zamówienia częściowego numer 5, punkt: 18. **O-13 – WAGA ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA – 7 SZT.:** Czy Zamawiający dopuści wagę o parametrach zasilania 100-240 VAC 50Hz



„Szpital Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zamówienia częściowego numer 5, punkt: 20. O-15 – ŁAŹNIA WODNA – 2 SZT.: Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD zamiast wyspecyfikowanego wyświetlacza LED?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt. 5: Czy Zamawiający może sprecyzować na czym ma polegać kompatybilność i integracja urządzenia z systemem dystrybucji leków Unit Dose (Smart Hospital) dostarczanych przez Zamawiającego? Być może chłodziarka nie ma takich funkcjonalności jakich Państwo wymaga.

Odpowiedź: Integracja chłodziarek ma polegać na przesyłaniu danych do systemu dystrybucji leków Unit Dose oraz odbieraniu danych z tego systemu przez interfejs sieci Ethernet. Zgodnie z SWZ zakres integracji opisano w pkt 9 i 10 Arkusza parametrów technicznych.

Pytanie nr 60: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości montażu w zabudowie meblowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 61: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt. 9 -11: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i opisanie jak ma wyglądać integracja urządzenia z poniższymi parametrami: Pełna integracja z systemem automatycznych apteczek oddziałowych (Smart Cabinet) w zakresie: • Dostępu do produktów, • Listy przechowywanych produktów w lodówce, • Dat ważności i numerów serii produktów, • Rejestracji pobranych produktów i zwrotów, • Uprawnień użytkowników, • Rejestracji zdarzeń, Rejestracji temperatury, alarmów. Odblokowanie dostępu do produktów leczniczych przechowywanych w lodówce z interfejsu systemu apteczek oddziałowych (Smart Cabinet) dostarczanych przez Zamawiającego Odblokowanie dostępu do produktów leczniczych przechowywanych w lodówce za pomocą karty NFC oraz klucza Wyspecyfikowane urządzenie nie ma funkcjonalności np. rejestracji pobranych produktów i zwrotów. Chłodziarka jest przystosowana do przechowywania leków z rejestracją stanów alarmowych, ale bez powyższej funkcjonalności.

Odpowiedź: Informacje o opisanych parametrach dla leków przechowywanych w lodówkach mają być dostępne z poziomu Apteczek Oddziałowych posiadanych przez Zamawiającego. Funkcjonalność np. rejestracji pobranych produktów i zwrotów powinna być realizowana poprzez integrację lodówki z systemem apteczek oddziałowych.

Pytanie nr 62: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.20: Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim, który nie jest dotykowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 63: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.23: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wraz z chłodziarką dostawy wzorcowanego zewnętrznego rejestratora, który będzie zdalnie informował o stanach alarmowych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperaturze oraz zaniku energii elektrycznej? Na czym ma polegać rejestracja zdarzeń w systemie automatycznych apteczek oddziałowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zewnętrznego rejestratora, który będzie zdalnie informował o stanach alarmowych. Rejestracja zdarzeń w systemie automatycznych apteczek oddziałowych ma być realizowana poprzez integrację chłodziarek z systemem apteczek oddziałowych. Rejestracja ta polega na : rejestracji zdarzeń, przechowywaniu ich w systemie apteczek oddziałowych i możliwości zarządzania nimi w systemie.

Pytanie nr 64: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.37: Prosimy o doprecyzowanie: czy „Elektroniczna centrala alarmowa z systemem alarmowym” ma być zintegrowana z urządzeniem, czy też ma być zewnętrzna? Czy ten zapis dotyczy alarmów chłodziarki, które są w funkcjonalnościach sterownika?

Odpowiedź: Elektroniczna centrala alarmowa z systemem alarmowym” ma być zintegrowana z urządzeniem Tak, zapis dotyczy alarmów chłodziarki, które są w funkcjonalnościach sterownika.

Pytanie nr 65: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.41: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu LAN RJ45, ale z portem USB?



„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ- urządzenie musi być wyposażone w port LAN RJ45

Pytanie nr 66: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.41: Prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać: „Integracja z bramką GSM Zamawiającego (SMS EAGLE)”? Czy wymagane jest złącze RS 232/RS 485, port USB?

Odpowiedź: Sygnał ma być wysyłany z chłodziarki do systemu apteczek oddziałowych , a dalej do bramki GSM Zamawiającego. Wymagany jest port LAN RJ45.

Pytanie nr 67: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 – chłodziarka farmaceutyczna i stworzenie odrębnego pakietu (np. 3a). Chłodziarki i wózki to całkowicie różny asortyment, których sprzedażą zajmują się odrębne firmy (autoryzowani dystrybutorzy).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 68: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość: 600 mm x 600 mm x 1970 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Pytanie nr 69: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, z zewnątrz stal galwanizowana wykończona na szaro z czarnymi drzwiami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Pytanie nr 70: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczami monochromatycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Pytanie nr 71: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu LAN?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 72: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc:” 2x rejestrator temperatury Zamawiający miał na myśli zewnętrzne rejestratory temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznych rejestratorów temperatury.

Pytanie nr 73: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga : wbudowany w sterownik moduł GSM czy może dwa wzorcowe rejestratory z powiadamianiem o stanach awaryjnych dodatkowo monitorujących temperaturę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wbudowanego w sterownik modułu GSM.

Pytanie nr 74: Część nr 4: Dotyczy: 04. Ef30 – szafa chłodnicza 1 - drzwiowa – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, z zewnątrz stal galwanizowana wykończona na szaro z czarnymi drzwiami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 75: Część nr 4: Dotyczy: 04. Ef30 – szafa chłodnicza 1 - drzwiowa – 2 SZT.: Czy zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem monochromatycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Pytanie nr 76: Część nr 4: Dotyczy: 04. Ef30 – szafa chłodnicza 1 - drzwiowa – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu LAN?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 77: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, z zewnątrz stal galwanizowana wykończona na szaro z czarnymi drzwiami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 78: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ1: Czy zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem monochromatycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Pytanie nr 79: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu LAN?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 80: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, z zewnątrz stal galwanizowana wykończona na szaro z czarnymi drzwiami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 81: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Czy zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczami monochromatycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Pytanie nr 82: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu LAN?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 83: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający pisząc 2x rejestrator temperatury miał na myśli zewnętrzne rejestratory temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznych rejestratorów temperatury.

Pytanie nr 84: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga: wbudowany w sterownik moduł GSM, czy może dwa wzorcowane rejestratory z powiadamianiem o stanach awaryjnych dodatkowo monitorujących temperaturę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wbudowanego w sterownik modułu GSM.

Pytanie nr 85: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji: 3, 4 oraz 5 typ1 i 5 typ2 (4 pozycje) i stworzenie odrębnego pakietu. Prośbę motywujemy faktem, iż pakiet zawiera mix pozycji, których nie będzie mógł zrealizować jeden Wykonawca. Wyspecyfikowane urządzenia są w ofertach różnych dystrybutorów wyłącznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 86: Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminów dostaw do 12 tygodni. Naszą prośbę motywujemy faktem, iż w dalszym ciągu Producenci borykają się z problemami wynikającymi z Covid-19, co ostatecznie skutkuje przeciągającymi się terminami realizacji składanych zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem



„Szpital Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000385647 NIP 7831671893

Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN